

Cysteine Content Assay Kit

半胱氨酸 (Cys) 含量检测试剂盒说明书

货号: BN72144 | 方法: 微板法 | 规格: 96 样

一、产品简介:

半胱氨酸 (cysteine, Cys) 是组成蛋白质的氨基酸之一, 半胱氨酸的定量测定在营养学和生物化学的研究中具有重要意义。

本试剂盒利用半胱氨酸的还原性将磷钼杂多酸还原为磷钼杂多蓝, 通过在 710 nm 读取其吸光值, 进而计算得出半胱氨酸 (Cys) 含量。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求
提取液	液体 100mL×1 瓶	4°C保存
试剂一	液体 14mL×1 瓶	4°C保存
试剂二	液体 1mL×1 支	4°C保存
试剂三	液体 2mL×1 支	4°C保存
标准品	液体 1mL×1 支	4°C保存

三、所需仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、水浴锅/恒温培养箱、离心机、蒸馏水。

四、半胱氨酸 (Cys) 含量检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

取约 0.1g 组织样本, 加 1mL 的提取液研磨, 粗提液全部转移到 EP 管中, 12000rpm, 常温离心 10min, 上清液待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 室温离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 (10^4): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

③ 液体样品:

取 0.2mL 液体样品于 EP 管中, 再加 0.8mL 提取液充分混匀, 12000rpm, 常温离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min, 设定波长到 710nm。

② 所有试剂解冻至室温, 在 EP 管中依次加入:

试剂 (μ L)	测定管	空白管 (仅做一次)	标准管 (仅做一次)
---------------	-----	---------------	---------------

本产品仅用于科研

TEL: 010-82422342 www.biorigin.Ltd

样本	130		
蒸馏水		130	
标准品			130
试剂一	140	140	140
试剂二	10	10	10
试剂三	20	20	20
混匀，置 95℃ 水浴 30min（盖紧，防止水分散失），冷却，取 200μL 转移至 96 孔板中，于 710nm 读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$ 。			

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；
针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、按照质量计算：

$$\text{半胱氨酸(Cys)含量(mg/g)} = (C_{\text{标准}} \times V_1) \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div (V_1 \div V \times W) \times D \\ = 2 \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times D \div W$$

2、按细胞数量计算：

$$\text{半胱氨酸(Cys)含量(mg/g)} = (C_{\text{标准}} \times V_1) \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div (500 \times V_1 \div V) \times D \\ = 2 \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times D \div 500$$

3、按照体积计算：

$$\text{半胱氨酸(Cys)含量(mg/mL)} = (C_{\text{标准}} \times V_1) \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div (V_1 \div V \times V_2) \times D \\ = 10 \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times D$$

C 标准---标品浓度，2mg/mL；

Mr---半胱氨酸分子量，121.16

V1---加入样本体积，0.13mL；

500---细胞数量，万。

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

V---提取液体积，1mL；

V2---液体样本取样量，0.2mL；