

Dihydroflavonol Reductase (DFR) Activity Assay Kit**二氢黄酮醇还原酶(DFR)试剂盒说明书**

货号:BN72212 | 方法: 微板法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

二氢黄酮醇还原酶 (DFR, EC 1.1.1.219) 是花色苷合成代谢中的一个关键酶, 负责将 3 种二氢黄酮醇还原成无色花色素。在决定植物的花色、叶色、果色和其他经济器官的色泽及其营养品质方面起着重要作用。

二氢黄酮醇还原酶 (DFR) 作用于二氢槲皮素产生儿茶素, 可与香草醛缩合形成红色化合物, 在 500nm 处有特征吸收峰进而得出 DFR 的酶活性大小。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉体×3 支	4℃保存	临用前离心或甩几下使试剂落入底部, 每支再加 0.5mL 乙醇充分溶解, 4℃保存。
试剂三	粉体×1 支	-20℃保存	用前甩几下或离心使粉剂落入底部, 分别加 1.1mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后-20℃保存, 禁止反复冻融, 三天内用完。
试剂四	粉体×1 瓶	4℃保存	临用前离心或甩几下使试剂落入底部, 再加 18mL 盐酸充分溶解, 4℃保存。
标准品	粉体×1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、可调式移液器、乙酸乙酯、无水乙醇、研钵、冰。

四、二氢黄酮醇还原酶 (DFR) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm 4℃离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例提取。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上, 温度设定 25℃, 调节波长至 500nm。

② 试剂放在 40℃水浴 5min;

③ 按照下表在 EP 管中依次加入试剂:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	40	40
试剂一	130	150
试剂二	20	

试剂三	10	10
混匀，40℃反应 30min		
乙酸乙酯	200	200
37℃震荡 10min，取上层溶液，N2 吹干（若没有氮吹仪设备，可 70℃下蒸发干）。		
无水乙醇	100	100
充分震荡混匀，待检液按照下表操作		


④ 在 96 孔板中直接加入以下试剂：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
待检液	50	50
试剂四	150	150
混匀，25℃静置 3min，立即于 500nm 处读取吸光值 A（10min 内读值完成）。 $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ （每个样本做一个自身对照）。		

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线方程为： $y = 0.0195x - 0.0012$ ，x 是标准品浓度 (μg/mL)，y 是 ΔA 。



标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克蛋白每小时分解二氢槲皮素产生 1μg 儿茶素所需酶量为一酶活单位(U)。

$$\text{DFR}(\mu\text{g/h/mg prot}) = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0195 \times V_{\text{乙醇}}] \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T \times D$$

$$= 256.5 \times (\Delta A + 0.0012) \div \text{Cpr} \times D$$

3、按样本鲜重计算：

酶活定义：每克样本每小时分解二氢槲皮素产生 1μg 儿茶素所需酶量为一酶活单位 (U)。

$$\text{DFR}(\mu\text{g/h/g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0195 \times V_{\text{乙醇}}] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D$$

$$= 256.5 \times (\Delta A + 0.0012) \div W \times D$$

V---加入提取液体积，1 mL；

V1---加入样本体积，0.04 mL；

T---反应时间，30 min=0.5h；

$V_{\text{乙醇}}$ ---0.1mL；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

W---样本质量，g；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL，建议使用本公司的 BCA 蛋白含量测定试剂盒。